

Re: Fw[3]: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90.0XX/2025

De: ssa.suasa@angra.rj.gov.br
Para: saude.executiva@angra.rj.gov.br
Cc: licitacao@angra.rj.gov.br
Marcadores:

01/07/2025 16:10

Boa Tarde,

1. Data e Horário do Certame:

Não nos cabe manifestar acerca da data e do horário do certame.

2. Infraestrutura para Instalação:

Serão disponibilizados:

- Sala ou área física adequada para instalação dos equipamentos laboratoriais;
- Pontos de energia elétrica compatíveis;
- Pontos de lógica (rede de dados) operacionais;
- Pias e bancadas adequadas ao funcionamento básico do laboratório;
- Abastecimento de água potável;
- Iluminação e ventilação apropriadas;
- Ramal telefônico funcional.

Caso haja necessidade de adequações estruturais específicas ou mobiliário especial, estas serão de responsabilidade da Contratada e deverão ser previamente informadas à Contratante para avaliação.

3. Integração de Sistemas:

Os sistemas utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde são o **MV SOUL** e **SIGSS**.

- O protocolo padrão para integração é o **HL7**, compatível com Web Services REST/SOAP.
- A transferência digital de laudos e resultados deve ser feita através de APIs ou serviços web padronizados.
- As especificações técnicas e o procedimento detalhado de homologação serão fornecidos após a assinatura do contrato, via contato com a equipe de TI desta Secretaria.

4. Prestador de Serviço Atual:

Não nos cabe manifestar sobre o nome da empresa atualmente responsável pela prestação dos serviços objeto desta contratação emergencial.

5. Histórico de Faturamento:

Não nos cabe manifestar acerca do histórico de faturamento mensal relativo aos serviços referidos.

Resposta Elaborada pelo Superintendente Geral Hospitalar, Leandro Campos.

Enviado por: Nicolas Soares, Superintendente de Atenção à Saúde

De: saude.executiva@angra.rj.gov.br

Data: 06/30/25 14:42

Para: ssa.suasa@angra.rj.gov.br, Leandro Campos (hmj.sugeh@angra.rj.gov.br)

Assunto: **Fw[3]: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90.0XX/2025**

Boa tarde, prezados!

Segue para atendimento do pedido de esclarecimento em anexo.

PRAZO: 2 DIAS!!

Atenciosamente,
SES.

De: saude@angra.rj.gov.br

Data: 30/06/25 11:07

Para: saude.executiva@angra.rj.gov.br

Assunto: **Fw[2]: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90.0XX/2025**

Bom dia!

Segue para providências.

At.te,

Jennifer Milena
Matrícula: 31272

De: licitacao@angra.rj.gov.br

Data: 06/30/25 09:41

Para: saude@angra.rj.gov.br, saude.executiva@angra.rj.gov.br

Assunto: **Fw: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90.0XX/2025**

Bom dia!

Segue e-mail para resposta aos questionamentos.
Informamos que o item 01 já foi respondido.

Atenciosamente,

Monique Serpa de Almeida
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos
Secretaria de Gestão de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
(24) 3365-6439

De: BR Licitações e Contratos Públicos (atendimento@brlicitacoescontratos.com.br)

Data: 30/06/2025 09:16

Para: licitacao@angra.rj.gov.br

Assunto: **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90.0XX/2025**

Bom dia!

Segue pedido de esclarecimento.

At.te,

BR ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS