



ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO 90031/2024

No Edital do Pregão Eletrônico N° 90031/2024 , sobre o item 02 na fls. 58,59

Onde se lê:

O BSM 3700 possui os seguintes parâmetros básicos: ECG/respiração, SpO2, PNI e dois canais de Temperatura. O monitor já vem pré configurado com duas entradas para parâmetros avançados a partir da inovadora tecnologia: "smartcable". Parâmetros Avançados (configuração opcional): Pressão Invasiva, Débito Cardíaco, Capnografia (mainstream), BIS, Agentes Anestésicos, TOF, Fluxo/Paw e EEG

Leia-se:

Os monitores multiparâmetros devem possuir os parâmetros básicos: ECG/respiração, SpO2, PNI e dois canais de Temperatura assim como parâmetros Avançados (configuração opcional): Pressão Invasiva, Débito Cardíaco, Capnografia (mainstream), BIS, Agentes Anestésicos, TOF, Fluxo/Paw e EEG

Sobre o mesmo item na fl 59

Onde se lê:

esCCO - DÉBITO CARDÍACO NÃO INVASIVO (Item opcional) O Débito Cardíaco Contínuo Estimado (esCCO) é uma nova tecnologia para determinar o débito cardíaco utilizando o Tempo de Trânsito da Onda de Pulso (PWTT); O PWTT é obtido pelos parâmetros habituais de sinais vitais de ECG e oximetria de pulso; O débito cardíaco pode ser medido continuamente por um processo muito simples e completamente não invasivo.

Leia-se:

Monitorização de Débito cardíaco não Invasivo (item opcional) - O Débito Cardíaco Contínuo Estimado deverá utilizar tempo de trânsito da onda de pulso ou sistema equivalente; esse sistema é derivado da análise dos sinais vitais de ECG e oximetria de pulso.

Angra dos Reis, 10 de Janeiro de 2025

Rafael Santos Jordão

Pregoeiro