

Fw[2]: Re[2]: Fw: Esclarecimentos PE 90054/2025 - Análises Clínicas

De: "Licitação - Pregão" <pregao@angra.rj.gov.br>

09/04/25 13:54

Para: CTPRE <pregao05@angra.rj.gov.br>

Marcadores:

Segue.

Att,

Departamento de Licitação
Secretaria de Gestão de Suprimentos
Rua Arcebispo Santos, 337, centro, Angra dos Reis - RJ
Tel: 2433656439 (ramal 1155)
e-mail: pregao@angra.rj.gov.br



De: SUASA (ssa.suasa@angra.rj.gov.br)

Data: 09/04/25 13:46

Para: saude.executiva@angra.rj.gov.brCc: Licitação - Pregão (pregao@angra.rj.gov.br)Assunto: **Fw: Re[2]: Fw: Esclarecimentos PE 90054/2025 - Análises Clínicas**

Prezado Secretário-Executivo,

Diante da análise criteriosa abaixo, da Diretora de Atenção Referenciada (Responsável pelos SPAS e UPAs contempladas pelo objeto requerido), solicitado na data de ontem por essa superintendência, reconheço a necessidade de revisão do termo de referência, substituição de nomenclaturas e ajustes técnicos, esclarecimento do objeto a ser executado conforme o perfil das unidades de saúde; opino pelo adiamento do certame marcado para 11/09/2025.

At.te Nicolás Soares
Superintendente de Atenção à Saúde

De: ssa.daref@angra.rj.gov.br

Data: 09/04/25 12:26

Para: SUASA (ssa.suasa@angra.rj.gov.br)Assunto: **Re[2]: Fw: Esclarecimentos PE 90054/2025 - Análises Clínicas**

Bom dia

Prezado,

Resposta: Fundação Pró hemorio:

1. O TR refere-se a um laboratório com banco de sangue? Pois, é citada a necessidade de fornecimento de equipamentos relacionados a essa atividade.

Resposta:

O serviço citado encontra-se no item 5.12.7 – Dos Equipamentos, materiais e insumos, letra “e”, número 07 (Serviço de Banco de Sangue e Hemoterapia) e número 10 (Equipamentos para Banco de Sangue). Informa-se que esse serviço já existe nas dependências do Hospital Geral da Japuíba, que dispõe do Hemonúcleo. O serviço de hemoterapia e banco de sangue já está contemplado no Hemonúcleo do Hospital Geral da Japuíba, dispensando a exigência de novos equipamentos nesse âmbito.

2. Quais são os exames que serão realizados localmente nas UPAs e SPAs? Estas unidades são descritas como postos de coleta no TR. Contudo, o perfil das mesmas geralmente demanda exames de caráter emergencial, levando à necessidade de equipamentos de marcadores cardíacos, bioquímica, gasometria etc.

Resposta:

No TR consta apenas a listagem dos exames a serem realizados no Hospital Municipal da Japuíba (HMJ). As UPAs e SPAs estão descritas como postos de coleta. Apesar de, em seu perfil assistencial, essas unidades demandarem exames de caráter emergencial (como marcadores cardíacos, bioquímica, gasometria, entre outros), **tais itens não estão especificados no TR de forma individualizada como exames a serem realizados diretamente nas UPAs e SPAs.**

3. No caso da unidade SPA Abraão, como é feita a logística atualmente até o Hospital Japuíba?

Resposta:

A unidade do Abraão possui a mesma estrutura dos demais SPAs, atuando como posto de coleta. A logística segue o mesmo padrão adotado nas demais unidades.

Digo ainda que, após a análise detalhada do Termo de Referência (TR), em resposta aos questionamentos apresentados pelas empresas, identificaram-se inconsistências e lacunas na sua finalização, o que compromete a precisão e a completude do documento. Diante disso, entende-se ser necessária a revisão do TR, a fim de:

1. Promover correções técnicas e ajustes formais, incluindo retificação de eventuais erros de digitação;
2. Garantir a inclusão de informações essenciais que se encontram ausentes ou incompletas;
3. Assegurar maior conformidade com normas legais e regulatórias aplicáveis;
4. Reduzir o risco de questionamentos jurídicos futuros decorrentes de falhas ou omissões no documento.

Essa revisão permitirá consolidar um TR mais consistente, tecnicamente robusto e juridicamente seguro, contribuindo para a transparência e a efetividade do processo licitatório.

Rebeca Rosa
Diretora de Atenção Referenciada

De: SUASA (ssa.suasa@angra.rj.gov.br)
Data: 09/04/25 09:53
Para: ssa.daref@angra.rj.gov.br
Assunto: **Re: Fw: Esclarecimentos PE 90054/2025 - Análises Clínicas**

Prezada,

Segue para parecer técnico referente aos questionamentos, com urgência.

Atenciosamente,

Sofia de Lira Ramos
Auxiliar administrativo

De: Licitação - Pregão (pregao@angra.rj.gov.br)
Data: 09/02/25 13:17

Para: saude.executiva@angra.rj.gov.br, SUASA (ssa.suasa@angra.rj.gov.br)

Assunto: **Fw: Esclarecimentos PE 90054/2025 - Análises Clínicas**

Boa tarde, segue pedido de esclarecimento.

Att,
Kátia Cordeiro

Departamento de Licitação
Secretaria de Gestão de Suprimentos
Rua Arcebispo Santos, 337, centro, Angra dos Reis - RJ
Tel: 2433656439 (ramal 1155)
e-mail: pregao@angra.rj.gov.br



De: Jacqueline Souza (jacqueline@fundacaoprohemorio.org.br)

Data: 09/02/25 13:01

Para: pregao@angra.rj.gov.br

Cc: contratos@fundacaoprohemorio.org.br

Assunto: **Esclarecimentos PE 90054/2025 - Análises Clínicas**

Prezados, boa tarde.

Solicitamos alguns esclarecimentos acerca do edital do pregão eletrônico 90054/2025 elencados abaixo:

1. O TR refere-se a um laboratório com banco de sangue? Pois, é citada a necessidade de fornecimento de equipamentos relacionados à essa atividade.
2. Quais são os exames que serão realizados localmente nas UPAs e SPAs? Estas unidades são descritas como postos de coleta no TR. Contudo, o perfil das mesmas, geralmente, incorre em exames de caráter emergencial, levando à necessidade de equipamentos de marcadores cardíacos, bioquímica, gasometria etc.
3. No caso da unidade SPA Abraão, como é feita a logística atualmente até o Hospital Japuíba?

Desde já, agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente,



Jacqueline Souza

Gestão de Projetos

jacqueline@fundacaoprohemorio.org.br

www.fundacaoprohemorio.com.br

Rua General Caldwell, 266 - Centro - Rio de Janeiro

CEP: 20230-194

|