

# **QUESTIONAMENTOS**

## **1 - EMPRESA MILLENIUM COMÉRCIO SERVIÇO LTDA - MCS COMERCIAL**

Boa tarde, Prezados!

Por gentileza, gostaria de um esclarecimento, do Edital 51-2025 - Lote 25 - Prefeitura Municipal de Angra dos Reis.

HEMOCLIP PARA BIÓPSIA ENDOSCÓPICA Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Biópsia Tipo Ponta: Oval Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar Diâmetro Ponta: Cerca De 35 MM Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm Haste: Haste Isolada Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico Esterilidade: Estéril, Uso Único.

AQUI CONSTAM DUAS DESCRIÇÕES PARA O MESMO PRODUTO Hemoclip ou Alça. Qual delas devemos seguir? Aguardo retorno, Carla Barreto.

### **RESPOSTA DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Segue o retorno referente ao questionamento do id 00848931 conforme avaliação do especialista em endoscopia:

- É uma única descrição – Hemoclip

## **2 - EMPRESA ARIA**

Prezado(a), boa tarde. Gostaria de solicitar esclarecimentos acerca dos equipamentos em comodato elencados no Lote "UROLOGIA - GRUPO 3". 1. Os equipamentos descritos nos itens a. 01 - Ressectoscópio Bipolar Completo e b. 01 Torre de vídeo serão, de fato, os únicos necessários para esse lote? Considerando a Alça Monopolar, esta seria utilizada no Ressectoscópio Bipolar, e não no Monopolar? 2. É realmente necessário o comodato da Torre de Vídeo? Em caso afirmativo, seria a Torre completa? Atenciosamente,

### **RESPOSTA DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Prezados boa tarde,

Segue o retorno referente ao questionamento do id 00852233 conforme avaliação do especialista em urologia e setor de patrimônio:

1- Sim, somente os aparelhos descritos, considerar a alça monopolar pois temos Ressectoscópio monopolar (aparelho próprio).

2- Sim, a torre de vídeo completa.

Atenciosamente,

## **3 - EMPRESA NEW LIFE**

Prezado(a) senhor(a) pregoeiro(a), boa tarde!

A empresa New Life Comércio de Materiais e Equipamentos Cirúrgicos e Prestações de Serviços Ltda, inscrita no CNPJ 28.738.385/0001-08 vem através desta mensagem eletrônica solicitar esclarecimento mediante a **Dispensa Eletrônica 51/2026** que irá ocorrer no dia 27 de novembro de 2025. Ao analisar o **Termo de Referência**, verificam-se **quatro grupos distintos**, devidamente separados conforme as especificações técnicas e quantitativos ali estabelecidos. Contudo, ao acessar o sistema para fins de cadastramento da proposta, consta **apenas um único grupo**, reunindo de maneira unificada todos os itens originalmente segregados no Termo de Referência.

Diante disso, solicito gentilmente confirmação sobre:

**A razão da unificação dos grupos** no cadastramento, divergindo da estrutura apresentada no Termo de Referência;

**Se haverá correção** para que o cadastramento seja realizado de acordo com a divisão original dos quatro grupos;

**Como proceder** neste caso, a fim de evitar inconsistências ou eventuais prejuízos à correta formulação da proposta.

2. 3.

Ressalto que o cadastramento dos itens deve seguir **estritamente o Termo de Referência**, para garantir clareza, transparência e a conformidade do processo.

Aguardo orientações.

Atenciosamente,1.

### **RESPOSTA DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Prezados,

Em resposta ao questionamento citado no id.: 00852811, informo que devemos considerar os grupos (lotes) conforme consta na TR id. nº 00821405.

GRUPOS

01 - Oncologia

02 - Geral

03 - Urologia

04 – Endoscopia

## **4 - EMPRESA ARIA**

Prezado(a), bom dia.

Gostaria de solicitar esclarecimentos acerca dos equipamentos em comodato elencados no **Lote "UROLOGIA -GRUPO 3"**.

1. O item 6: **ELETRODO TIPO BUTTON** Tamanho: **5 Fr** Tipo Uso: Bipolar Tipo: Ponta Bola Material Ponteira: Aço Inoxidável E Cerâmica  
Haste: Haste Reta  
UNIDADES: 40  
Seria esse mesmo o tamanho ou houve um erro na escrita?  
Atenciosamente,

#### **RESPOSTA DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Segue o retorno referente ao questionamento do id 00852813 conforme avaliação do especialista em urologia:  
- eletrodo tipo bola tamanho 24fr.  
Atenciosamente,

#### **5 - EMPRESA HANDLE**

Prezados(as), bom dia.

Espero encontrá-los bem!

Venho através deste, solicitar um pequeno esclarecimento para que seja possível a formulação da proposta de preços para a participação da empresa no processo de dispensa eletrônica.


**LOTE 3 - ITEM 16 - ELETRODO TIPO BUTTON:** Ocorre que a descrição traz uma mistura de modelos no que diz respeito aos eletrodos, visto que, a característica "BUTTON" normalmente está associada a aquisição de um eletrodo COGUMELO. Entretanto, na descrição inserida no processo, solicitam BUTTON e BOLA, são modelos diferentes conforme segue imagem abaixo. Por tanto, solicitamos esclarecer, qual o modelo exato desejado?

Ressalto que as medidas também divergem do comum, estamos falando do tamanho do milímetro da ponta, ou da alça? pois 5FR é incomum para este uso.

**Além deste, para equipamento de quantos pinos, um ou dois?**

**LOTE 3 - ITENS 17, 18 e 21- ELETRODOS:** Verificamos que há uma pequena divergência na solicitação de esterilidade do produto, visto que os mesmos são excepcionalmente de uso único, por se tratarem de materiais de contato direto com o conteúdo humano de contaminação.

Diante disto, solicitamos confirmar se o entendimento correto é o mesmo aplicado aos itens **16 e 19**, ou seja, que o produto deve ser **estéril e de uso único?**



Ressalto que a inclusão de uma abrangência dimensional, visa ampliar competitividade do certame, permitindo a ampla participação sem que isso resulte em prejuízo à funcionalidade ou a efetividade do produto solicitado. Conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

Certos de contarmos com a vossa compreensão e idoneidade, aguardamos retorno e ou publicação no portal.

Não localizamos também a publicação do processo no comprasnet, solicito gentilmente os dados de acesso UASG e **Número da compra**.

#### **RESPOSTA DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde!

O número da publicação no PNCP é "Aviso de Contratação Direta nº 51/2026" e o número da UASG é 985801.

Atenciosamente,

Monique Serpa de Almeida  
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos  
Secretaria de Gestão de Suprimentos  
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis  
(24) 3365-6439

#### **RESPOSTA DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Segue o retorno referente ao questionamento do id 00854512 conforme avaliação do especialista em urologia:

- Eletrodo bipolar tipo bola
- Alça monopolar (Alça de corte para aparelhos monopolares)
- Alça bipolar é o material (Alça de corte para aparelhos bipolares)
- Os itens faça saks o nomenclatura é essa mesmo (realiza cortes endoscópio na uretra).

- O gerador em comodato deveram ser compatíveis com os materiais descartáveis.
  - Todos os materiais são descartáveis de uso único.
- Atenciosamente,

## **6 – EMPRESA HANDLE**

Prezada, boa tarde. Espero que esteja bem!

Agradeço o envio, entretanto verifiquei que no portal o processo está lançado como um único grupo, está correto? Visto que, o termo de referência está distribuído em 4 grupos, sendo eles de segmentos cirúrgicos diferentes.

Aguardo retorno. Atenciosamente

### **RESPOSTA DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Prezados bom dia,

Segue o retorno referente ao questionamento do id 00858233

- Seguir conforme Termo de Referência.

Atenciosamente,

## **7 – EMPRESA MARLEX**

Olá, boa tarde! Tudo bem? Com relação à dispensa 51/2026 (90004/2025), orientamos a adoção de divisão dos itens em grupos homogêneos, ou seja, que guardam relação entre si. No modo posto atualmente no sistema Compras.gov.br, com todos os 25 itens em um único grupo, resultará em um processo falho, com preços superfaturados e afastando inúmeros concorrentes. Uma sugestão é que sejam adotados o agrupamento da seguinte forma, o que possibilitará maior concorrência:

Item 1: isolado

Itens 2 e 3: agrupar

Itens 4 e 5: agrupar

Item 6: isolado

Item 7: isolado

Item 8: isolado

Item 9: isolado

Item 10: isolado

Item 11: isolado

Item 12: isolado

Itens 13, 14 e 15: agrupar

Itens 16, 17, 18 e 19: agrupar

Item 20: isolado

Item 21: isolado

Item 22: isolado

Item 23: isolado

Item 24: isolado

Item 25: isolado

Atenciosamente;

### **RESPOSTA DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Prezados,

Como já foi informado em outros questionamentos. Deve-se seguir o agrupamento do Edital.

Atenciosamente.

## **8 – EMPRESA S. H. COMERCIAL**

Prezados, bom dia!

Solicitamos esclarecimento sobre o item 25 do edital: O nome do material está como Hemoclip e o descritivo restante como pinça de biópsia. Qual é o correto?

Atenciosamente,

### **RESPOSTA DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Segue o retorno referente ao questionamento do id 00861130 conforme avaliação do especialista em endoscopia:

- É uma única descrição - Hemoclip

Atenciosamente,

## **9 – EMPRESA IDS MEDICAL**

Prezados bom dia!

Venho através deste questionar o EDITAL 90.004/2025 que está divergente do cadastro no portal Comprasnet. No edital contem 4 grupos de material, e no Comprasnet todos os grupos estão inclusos em um só grupo impossibilitando de participar de 1 grupo ou mais. Obrigando a empresa a participar de todos os itens sendo que são materiais para cirurgias diferentes.

Fico no aguardo de um retorno. Atenciosamente,

### **RESPOSTA DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Prezados,

Como já foi informado em outros questionamentos. Deve-se seguir o agrupamento do Edital.  
Atenciosamente.

Angra dos Reis, 26/11/2025.

Monique Serpa de Almeida  
Agente de Contratação.